

中国计量科学研究院



证书编号 L.Sae2012-0834

中国计量科学研究院是国际计量委员会《国家计量基(标)准和国家计量院签发的校准与测量证书互认协议》的签署成员,经亚太计量规划组织同行评审后的校准和测量能力在国际计量局网站的关键比对数据库中公布。

中国计量科学研究院是国家法定计量检定机构,检定和校准资格获得国家质量监督检验检疫总局授权,授权证书号为:(国)法计(2007)01001号。

检定环境条件及地点:

温度: 20 ℃ 地点: 本院和平里院区力学楼 201 室
湿度: 30 % RH 其它: 气压: 101.2 kPa

检定使用的计量基(标)准装置/主要标准器/主要仪器

名 称	测量范围	不确定度/准确度	证书编号	证书有效期至 (YYYY-MM-DD)
电声标准装置	2 Hz~200 kHz	频率计权: $U=0.4 \text{ dB} \sim 1.0 \text{ dB}$ ($k=2$)	(88)国技量计 证字第 141 号	2013-04-01

注:

1. 我院仅对加盖“中国计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责。
2. 本证书的检定结果仅对所检定的计量器具有效。
3. 请妥善保管此证书。