



证书编号 LSae2012-0582

校准结果

六、F 时间计权:

衰减速率: F 36.1 dB/s

七、猝发音响应(A 计权):

表 2

单个猝发音持续时间/ms	猝发音响应/dB
	$L_{AFmax} - L_A$
500	-0.2
200	-0.8
50	-4.9
10	-11.0

校准结果不确定度的描述: 频率计权: $U=0.4$ dB~ 1.0 dB ($k=2$)

以下空白

本证书所列校准结果均可溯源至复现(SI)单位的中国国家计量基准。

校准结果不确定度的评估和表述均符合 JJF1059 (等同于 ISO GUM) 的要求。

敬告:

1. 被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
2. 在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
3. 根据客户要求和校准文件的规定, 通常情况下 12 个月校准一次。

校准员: 许欢

核验员: 白凌

2011-jz